

(参考1) ファイザー社ワクチンの保存方法と有効期間

保管温度帯	保管可能期間
2℃～8℃	医療機関への配送後、31日間保存可能 再凍結不可
-25℃～-15℃	14日間保存可能 1回に限り再度-90℃～-60℃に戻して保存可能
-90℃～-60℃	ワクチンの有効期間（製造時から9か月）

(参考2) ワクチン配送にあわせて医療機関に送付している情報提供シート

第7章3（2）基本型接種施設からサテライト接種施設への情報提供シートの様式

（基本型接種施設記入欄）	（サテライト型接種施設記入欄）																					
<p>基本型接種施設名： 区役所</p> <hr/> <p>受け渡し先のサテライト型接種施設名： _____</p> <hr/> <p>受け渡した日付： 令和 年 月 日</p> <hr/> <p>超低温冷凍庫から取り出した時刻： 令和 年 月 日 午前・午後 時 分</p> <hr/> <p>受け渡したバイアル数： _____ 本</p> <hr/> <p>受け渡したロット番号（製造番号）： _____</p>	<p>冷蔵保管期限： 令和 年 月 日 午前・午後 時 分</p> <p><small>（注）冷蔵保管期限は、左の「超低温冷凍庫から取り出した時刻」に+1か月（31日）して記入すること。（例：超低温冷凍庫から取り出した時刻が6月1日午前10時の場合、使用期限は7月2日午前10時になる。）</small></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>使用口</th> <th>使用本数</th> <th>残り本数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	使用口	使用本数	残り本数																		
使用口	使用本数	残り本数																				